

Registrering av kardiella implantat i uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic

Gäller för: Region Kronoberg

1 Pacemaker och CRT

Registreras av den hjärtläkare som är med vid pacemakeroperationen. Läggs under Tillstånd-Implantat-Pacemaker. Notera även om dosan är inlagd på höger sida.

Om registrering under uppmärksamhetssignalen saknas då patienten kommer för pacemakerkontroll, bör registrering göras av pacemakersjuksköterska.

2 ICD och CRT-D

Registreras av den hjärtläkare som är med vid pacemakeroperation. Läggs under Tillstånd-Implantat-Implanterbar defibrillator. Notera även om dosan är inlagd på höger sida.

Om registrering under uppmärksamhetssymbolen saknas då patienten kommer för pacemakerkontroll, bör registrering göras av pacemakersjuksköterska.

3 ILR- implanterbar loop recorder

Registeras av pacemakersjuksköterska i samband med att patienten läggs in i hemmonitorssystemet. Läggs under Tillstånd-Implantat- Annat implantat. Under Rubrik anges ILR – Implanterbar Hjärtrytmmonitor och fabrikatets namn (Tex Reveal LINQ, Complia), tex ”ILR- Implanterbar hjärtrytmmonitor Complia”.

4 Borttagande av UMS

Görs av den läkare som tar emot remissvar från kirurgen att explantation har skett (gäller både pacemaker/ICD och ILR). Observera att UMS för kvarvarande elektrod måste göras när pacemaker/ICD om inte även elektroder avlägsnats. Om UMS ligger kvar när patienten avslutas i hemmonitorssystemet tas den bort av pacemakersjuksköterska.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen kontakta faktaägare.