

04 03 21 Slemsugar och hostapparater

1 Hjälpmedel

Slemsug. Hostapparat

2 Omfattning

Utrustning för att suga sekret och slem ut ur lungorna.

3 Förskrivare

3:1 Slemsug

Läkare med specialistkompetens inom öron-, näsa- och halssjukdomar, lungmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.

3:2 Hostapparat

Läkare med specialistkompetens inom anestesi eller lungmedicin samt läkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomsmedicin.

4 Förskrivande enhet

4:1 Slemsug

Anestesi kliniken. Barn- och ungdomskliniken. Medicinkliniken. Öron-,näsa-, halskliniken.

4:2 Hostapparat

Anestesi kliniken. Medicinkliniken. Barn- och ungdomsmedicin.

5 Behov

5:1 Slemsug

Förskrivs till person med långvarigt behov av sekreteliminering på grund av nedsatt egen hostkraft.

5:2 Hostapparat

Förskrivs till person med långvarigt behov av andnings- och hosthjälp. Kan förskrivas till person med varaktiga svårigheter att avlägsna sekret på grund av svag hostkraft, vanligen till följd av en neuromuskulär sjukdom.

6 Mål

Skapa fria andningsvägar och förebygga lungkomplikationer.

7 Anvisning

7:1 Slemsug

Introduktion och utprovning av behandlande klinik.

Användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård regleras i Socialstyrelsens föreskrift 2008:1. Där i står det bland annat att förskriven

utrustning ska kunna spåras och att den som förskriver utrustningen ska utbilda i handhavande samt se till att produkten används på rätt sätt i hemmiljön.

7:2 Hostapparat

Introduktion och utprovning sker vid behandlande klinik.

Varje förskrivning ska föregås av en individuell bedömning där hänsyn tas till användarens förmåga att medverka vid behandling. Slemproblematik hos personer med god egen hostkraft är inte indikation för behandling med hostapparat.

Utprovning ska ske i samråd med förskrivande läkare och fysioterapeut/sjukgymnast med särskild kunskap om produkten.

Behandlande fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för att prova ut en lämplig behandling samt informerar om hur maskinen fungerar och hur den ska användas samt låter användaren, anhörig eller närpersonal träna på behandlingen.

Uppföljning av handhavande och effekt av apparaten görs av behandlande läkare och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kontraindikationer för hostapparat är svår KOL med emfysem, pågående eller recidiverande pneumothorax samt om personen nyligen utsatts för barotrauma.

Användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård regleras i Socialstyrelsens föreskrift 2008:1. Där står det bland annat att förskrivna utrustning ska kunna spåras och att den som förskriver utrustningen ska utbilda i handhavande samt se till att produkten används på rätt sätt i hemmiljön.

8 Kostnad

Ingen avgift

Tillbehör och förbrukningsmaterial räknas som läkemedelsnära produkter och beställs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i användarens hemkommun. Fakturan skickas till Region Kronoberg.

Regionstaben

Ekonomiavdelningen

351 88 Växjö