

## Riktlinjer Omnipaque, peroralt kontrastmedel

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenheten Växjö

Faktaägare 2: Peter Kidron, överläkare röntgen

### Riktlinjer

#### Omnipaque, peroralt kontrastmedel vid datortomografiundersökning av buken

Omnipaque 240mgI/ml ges som peroralt kontrastmedel i samband med datortomografiundersökningar av buken. På ineliggande patienter sker spädnings och dosering enligt instruktion av röntgensjuksköterska. Vanligen späds 20 ml Omnipaque i 1 liter vatten som patienten får dricka jämt fördelat under cirka 2 timmar.

#### Kontraindikation för Omnipaque är manifest hypertyreoidism.

Försiktighet bör iakttagas vid överkänslighet mot jodhaltiga kontrastmedel. Vid överkänslighet kan EZ-cat (licenspreparat) användas som alternativ.

Remitterande läkare har ansvar för att meddela röntgenavdelningen om kontraindikation / överkänslighet föreligger eller om det av annan anledning inte är lämpligt att patienten dricker kontrast i dessa volymer.

### Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

### Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

### Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring