

Byte av PTC-kateter

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

Faktaägare 2: Bengt Sjöberg, sektionsansvarig läkare angiografi

Metod

Åtgärden är aktuell hos patienter som är försedda med externt gallvägsdränage alternativt kombinerat internt och externt dränage i form av kateter. Byte sker under genomlysning. Katetern byts över ledare. Har katetern suttit länge kan den oftast bytas utan besvär för patienten.

Indikation

Gallvägskatetrar är försedda med en mängd små hål vilka kan sättas igen av gallsalter eller debris och i de fall katetern har en del ut i tarmen även av tarminnehåll. Katetern kan även ha rubbats ur sitt ursprungliga läge och behöva bytas.

Patientförberedelse

Patienten ska vara fastande minst 4 timmar.

Remissinformation

I remissen bör framgå om patienten har kontrastmedelsallergi.

Eftervård

Om det kommer pus eller blodkoagler i dränet, spolning med 20ml koksalt 2ggr/dygn.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring