

# Rutin för ifyllande av behandlingsprotokoll och maskinloggblad

Gäller för: Medicinkliniken dialysenheten Växjö

## Behandlingsprotokoll dialys, id 78746

Dialysmaskinens parametrar avläses vid start och behandlingsslut samt en gång per timme där emellan. Uppgifterna förs sedan in i avsedd journaltabell i Cosmic. Protokollet sparas i respektive patientpärm ca en månad, därefter kasseras det.

## Artis checklista, id 61947

Checklistan fylls i och klisteretiketter från slangset sätts på checklistan. Kontroll av checklistan görs av sjuksköterska vid start och av en kollega inom första behandlingstimmen. När behandlingen är klar förvaras listan på avsedd plats på sjuksköterskeexpeditionen. Checklista sparas i 3 år.

## Checklista AK98, id 78548

Checklistan fylls i och klisteretiketter från slangset sätts på checklistan. Kontroll av checklistan görs av sjuksköterska vid start och av en kollega inom första behandlingstimmen. När behandlingen är klar förvaras listan på avsedd plats på sjuksköterskeexpeditionen. Checklista sparas i 3 år.

## Logglista Artis, id 78744

Loggbladet förvaras i pärm på maskinen.

Listan signeras:

- inför drift
- vid aktivering av värmeprogram
- provtagning på maskinen
- vid byte av sterilfilter

## Logglista AK98, id 78549

Loggbladet förvaras i pärm på maskinen.

Listan signeras:

- vid aktivering av värmeprogram
- vid byte av sterilfilter

## Tekniskt loggblad Artis/AK98, id 78648

Senaste loggbladen förvaras i pärm på maskinen, äldre blad i maskinjournalpärm i teknikerrummet.

Vid larm på maskinen, skriv vad som hänt, vilka fel/larmkoder. Beskriv händelsen och var i behandlingen den uppstod. Fyll i när kontakt tas med Baxter och följ deras anvisningar för åtgärder.

### **Veckokontroller WRO 300, id 84875**

Protokoll förvaras på sal 8 på dialysenheten i skrivbordshurts, nedersta lådan. Protokollet signeras i samband med drift eller enligt de anvisningar som protokollet anger.

### **Driftprotokoll CWP 100, id 84851**

Driftprotokoll förvaras i pärm i vattenrummet E5127.

Innan uppstart av dialysbehandling görs och dokumenteras dagliga kontroller enligt driftprotokollet.

### **Tekniskt loggblad CWP 100, id 84859**

Driftprotokoll förvaras i pärm i vattenrummet E5127.

Vid larm på vattenanläggning. Dokumentera händelsen, vilka fel/larmkoder och eventuella åtgärder.

### **Driftprotokoll förbehandling CWP 100, id 84835**

Driftprotokoll förvaras i pärm i förbehandlingsrummet F5101.

Innan uppstart av dialysbehandling görs och dokumenteras dagliga kontroller enligt driftprotokollet.