



Rutin

Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård

Område: Provtagning och diagnostik

Giltig fr.o.m: 2021-03-23

Giltig t.o.m: 2023-03-23

Faktaägare: Emma Rapp, Områdesansvarig

Fastställd av: Ann-Charlotte Salvén, Kvalitetssamordnare

Revisions nr: 2

Identifierare: 155619

Kontrollprotokoll Urinsticka/Urisys

Avd: _____ Lot kontroll nivå 1: _____ Lot kontroll nivå 2: _____

Seriennr eller inventariernr på instrument: _____ Mjukvarunummer: _____

Parameter	Kontroll Nivå 1						Kontroll Nivå 2					
	Leu	Nit	Pro	Glu	Ket	Ery	Leu	Nit	Pro	Glu	Ket	Ery
Förväntat värde	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	3+	Pos	3+	4+	3+	4+

Tillåten avvikelse nivå 1: Ingen

Tillåten avvikelse nivå 2: Nitrit ingen, för övriga en enhet nedåt

Datum	Kontroll Nivå 1							Kontroll Nivå 2							
	Leu	Nit	Pro	Glu	Ket	Ery	Sign	Datum	Leu	Nit	Pro	Glu	Ket	Ery	Sign