

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar

1 Hjälpmedel

Drivringstyrda drivaggregat till manuell rullstol.

2 Omfattning

Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa användaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen utan manuell kraft.

3 Förskrivare

Arbetssterapeut. Fysioterapeut. Sjukgymnast.

4 Förskrivande enhet

Habilitering, barn och ungdom.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av att kompensera för betydande svaghet i armar och händer vid förflyttning med manuell rullstol. Kan även förskrivas vid smärtproblematik, i energisparande syfte eller vid ledproblematik.

6 Mål

Öka aktivitetsförmågan och ge ökad eller bibehållen självständighet.

7 Anvisning

Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför utprovning för stöd med behovsbedömning och förskrivningsprocessen.

Förskrivs till personer som har stora svårigheter att köra manuell rullstol längre sträckor. Förskrivare gör först en helhetsbedömning av personens situation vad gäller förflyttningar. Alternativa lösningar värderas alltid och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Användningen ska vara frekvent, flera gånger i veckan. Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen är tänkt att användas. Personen ska kunna planera sin körning, kunna bedöma risker i avsedd miljö och anpassa hastighet.

Noggrann information ska ges kring användning och egenkontroll. Förskrivare ansvarar för behov av körträning.

Prövotid ska användas för att förskrivare ska kunna utvärdera om produkten passar personen. Uppföljning ska sedan ske minst en gång om året.

Syftet med förskrivning är att personen själv ska kunna framföra rullstolen med hjälp av drivhjulen. Gäller alltså inte vårdarstyrda drivaggregat.

8 Kostnad

Ingen avgift.