

Enteral nutrition och vårdhygieniska och medicintekniska produktaspekter

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Katarina Madehall och Susanna Lundvall Vårdhygien samt Jenny Sonnerby, Upphandlingsavdelningen

Kontinuerlig enteral nutrition

- Nytt aggregat till ny förpackning
- Hängtid enligt leverantörens anvisning (vanligen max 24 timmar).

Slutet system eftersträvas och aggregat kopplas inte ifrån innan förpackningen avslutas.

Intermittent enteral nutrition

Använd:

- Nytt aggregat och ny förpackning vid varje tillfälle.

Om en del av förpackningen ges vid varje tillfälle kan en individuell rutin lämnas av dietist.

Bolustillförsel

- Ren enteral spruta 50/60 ml för engångsbruk (lilafärgad kolv) vid varje tillfälle.
- Ren enteral spruta 50/60 ml för flergångsbruk (lilafärgad kolv) vid varje tillfälle:

Låt inte något innehåll torka i sprutan innan den rengörs.
Säkerställ att kolven tas ur sprutan innan den rengörs .

- Sprutan maskindiskas i avdelningskök eller diskdesinfektor (placera sprutan stående)

alternativt

diska för hand och koka därefter sprutan.

- Låt sprutan lufttorka.

- Förvara sprutan torrt och isärtagen täckt med pappershandduk.
- Kasta sprutan när graderingen är otydlig eller börjar försvinna, när kolven blir trög att använda eller när sprutan använts i 7 dagar.

Öppnad förpackning med sondkost för bolustillförel

- Förvaras enligt leverantörens anvisning. Läs på förpackning eller bipacksedel. Om förpackning förvaras i kyl i avdelningskök förbereds sondmaten där (märks upp och värms till rumstemperatur). Förpackning som varit inne hos patienten får inte sättas tillbaka i kyl i avdelningskök.

Läkemedelsadministrering

- Använd alltid läkemedelsspruta/oralspruta (lilafärgad kolv).
 - Läkemedelsspruta/oralspruta ska ej återanvändas (engångsprodukt).

Sond, PEG, Knapp, Witzelfistel

- Byte och skötsel enligt leverantörens rekommendation.

Matslang (ansluts till knapp)

- Matslangen sköljs först med kallt och sedan varmt vatten, avslutas med en sköljning med kallt vatten. Torka torr utvändigt. Blås slangen torr med en spruta fylld med luft. Kontrollera att all fukt är borta.
- Förvaras torrt i därför avsedd låda eller i skål täckt med pappershandduk.
- Skål/låda maskindiskas alternativt handdiskas varannan dag. Slangen kasseras varannan dag.
- *Vid virusgastroenterit:* Ta ny matslang till varje matning.

Avsteg från ovan bedöms individuellt och beslutas av medicinskt ansvarig.

Dokumentera beslut och anledning/orsak till avsteg.

Nationella Vårdhandboken [Nutrition, enteral](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.