

Barnstol Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Målet vid alla transporter är att patienten och personal ska vara fastspända med de bälten som finns i fordonet och på båren.

Enligt VVFS 1993:5, vägverkets föreskrifter om användning av bilbälte och särskild skyddsanordning har undantag om bilbältet medför hinder eller annan olägenhet för tjänsteutövningen.

Speciellt att tänka på

1. Pedi-Mate[®] är ett väldigt bra hjälpmedel för transport av barn på ambulansbåren. Begränsning för Pedi-Mate[®]: barnets vikt min 4,5 kg max 18 kg.
2. Kangoofix kan också användas för barn mellan 1,8-5 kg.
3. Pollux ACR (Quantum Ambulance Child Restraints) används vid transporter på barn mellan 2-45 kg. Passar alla bårar. Finns en uppsättning på respektive station i Växjö och Ljungby.
4. Även om lagen medger att personal och patient transporteras obältade under färd är det föraren som ansvarar för att transporten sker på ett säkert sätt.
5. Med fördel kan familjens/barnets ”egen” stol tas med och användas under transport. Dock ska den fästas på ett så säkert sätt som möjligt.
6. Barnstolarna kan användas vid interhospitala transporter men kan även användas vid planerade transporter med barn från hemadress. Är placerade i Foten i Växjö där reservfordon är placerade.
 - Om barnets hjässa hamnar över barnstolens övre kant på respektive stol ska barnet placeras i Pedimate/ Pollux ACR på ambulansbår.
 - Stolen kan fås i chockläge genom att knäleden höjs samtidigt som ryggdelen sänks. I detta läge uppfyller inte stolen de uppsatta säkerhetskraven från tillverkaren. Max vinkelgrad på barnstolen under transport är 55 grader.
 - Barnstolen kan användas då det finns tid för byte av bår till speciellt förberedd och där inte barnets sjukdomstillstånd kräver annat transportläge t ex kuvös.
 - Kan endast monteras på Alfabåren.
 - Ljungby har inte kvar barnstol som är placerad på Alfabår.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare