

12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak

1 Hjälpmedel

Taklyft.

2 Omfattning

Utrustning för att lyfta och förflytta en person inom ett område begränsat av utrustningen. Här ingår t.ex.lyftar vid simbassängen.

3 Förskrivare

Arbetsterapeut. Fysioterapeut. Sjukgymnast.

4 Förskrivande enhet

Barnkliniken. Habilitering, barn och ungdom.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av hjälpmedel för att lyftas och överflyttas i den dagliga livsföringen.

6 Mål

Att möjliggöra överflyttning på ett säkert sätt.

7 Anvisning

Kan enbart förskrivas som personligt hjälpmedel i privat bostad, där personen är folkbokförd.

Innan förskrivning av taklyft sker ska andra överflyttningstekniker vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga. Det är viktigt att lyften används i kombination med rätt utprovad lyftsele och rätt storlek på lyftbygel för att minimera till exempel urglidningsrisk. Tak- eller väggmonterad stationär lyft är att föredra om behovet av lyft är varaktigt och behovet är kontinuerligt under dagen.

7.1 Besiktning

Alla lyftar skall enligt nu gällande svensk standard genomgå besiktningar varje år. Det innebär att lyften ska provas av sakkunnig person. Hjälpmedelscentralen utför besiktningar via entreprenör.

8 Kostnad

Ingen avgift.