

12 36 15 Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter

1 Hjälpmedel

Badkarslyft.

2 Omfattning

Utrustning för att förflytta genom att lyfta en person inom ett område begränsat av utrustningen. Här ingår t. ex. badkarsmonterade lyftar.

3 Förskrivare

Hjälpmedelskonsulent. Arbetsterapeut. Fysioterapeut. Sjukgymnast.

4 Förskrivande enhet

Hjälpmedelscentralen. Barn-och ungdomshabiliteringen. Barnkliniken.

5 Behov

Förskrivs till person som har behov av hjälpmedel för överflyttning till badkar.

6 Mål

Att möjliggöra överflyttning på ett säkert sätt.

7 Anvisning

Innan förskrivning av badkarslyft sker ska andra överflyttningstekniker vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga. För att badkarslyft ska kunna förskrivas bör det finnas ett varaktigt behov.

7.1 Besiktning

Alla lyftar skall enligt nu gällande svensk standard genomgå besiktningar varje år. Det innebär att lyften ska provas av sakkunnig person. Hjälpmedelscentralen utför besiktningar via entreprenör.

8 Kostnad

Ingen avgift.