

## Lågkaliumdialysat, rutiner

**Gäller för:** Medicinkliniken dialysenheten Växjö

### Lågkaliumdialysat

Lågkaliumdialysat (1,0 mmol/l) ska vi inte använda om det inte finns mycket stark anledning.

Vid användande av lågkaliumdialysat måste man vara mycket uppmärksam på kaliumnivåerna. **Patienten ska vara inlagd och följas med telemetri under dialysen.** S-kaliumnivåerna skall följas inför varje dialys samt även efter dialys.

### Kontroll av lablistan

- Aktuella labprov ska stämmas av med aktuell dialysordination innan start och en rimlighetsbedömning göras.
- Vid osäkerhet kontaktas dialysansvarig läkare, alternativt njurberedskap.

Dialyssjuksköterska ansvarar för kontroll av labprover före dialysstart.

Läkare ansvarar för ordination av provtagning samt ordination av dialysat.

### Dialysordination

Samtliga dialysordinationer skall göras i Cosmic - använd mall *Dialysordination*.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**