

Kontroll av nuklearmedicinsk utrustning efter service

Gäller för: Medicinsk fysik och teknik, Bild- och funktionsmedicin

Utförs på: Bild- och funktionsmedicin

Anmälan:

Personal vid BFM (Bild- och funktionsmedicin) och MFT (Medicinsk fysik och teknik) som arbetar med nuklearmedicinsk utrustning ska utan dröjsmål anmäla all service på gammakameror, såväl planerad som akut, till sjukhusfysiker vid MFT.

Metod:

Som komplement till kontroller som genomförs av serviceingenjör görs en kontroll av bilduniformitet med hjälp av plankälla. Kontrollen genomförs enligt lokal metodbeskrivning för daglig kvalitetskontroll vid den aktuella kameran, av personal vid BFM (Bild- och funktionsmedicin) som har fått utbildning ("körkort") för utrustningen.

Bedömning:

Resultatet av genomförd kontroll efter service delges alltid sjukhusfysiker. Mätresultat utanför enligt metodbeskrivningen fastställda åtgärdsnivåer ska utredas noggrant av sjukhusfysiker innan kameran tillåts användas för kliniskt bruk. Om mätresultat ligger innanför åtgärdsnivåer är utrustningen godkänd för fortsatt användning.

1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring