

## Registrering av genomlysningensdata

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Region Kronoberg

Enligt 5 kap. 3 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar (SSMFS 2018:5), skall journal över genomlysningstider föras för interventionella förfaranden samt för röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen.

Enligt 7 kap. 8 § skall stråldosen vid interventionell radiografi till patienten övervakas och följas upp.

### Genomlysning på operationsavdelning

För röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen, förs sedan flera år journal. Vid genomlysning på operation registreras uppgifter i planeringsprogram Craft. Följande parametrar skall registreras:

- Datum och tid
- Typ av procedur
- Operatör
- Använd utrustning
- Genomlysningstid
- Dos-areaprodukt

### Interventionella procedurer på röntgenavdelning

Interventionella procedurer genomförs i huvudsak av kirurger som använder genomlysningslab på röntgen. Vid interventionella procedurer skall registrering göras i RIS.

Följande parametrar skall registreras:

- Datum och tid
- Typ av procedur
- Operatör
- Använd utrustning
- Genomlysningstid
- Antal exponeringar
- Dos-areaprodukt

## **Annan genomlysning på röntgenavdelning**

Uppgifter rörande genomlysning för andra procedurer än intervention (utförda av radiologer) registreras nu i röntgens RIS. Detta gäller tillsvidare. Samma data som för interventionella procedurer registreras.

## **Rapportering**

Sjukhusfysiker vid MFT svarar för sammanställning och analys av registrerade data. Sammanställning och rapportering görs årsvis. Rapport redovisas till Strålskyddskommittén och till berörda verksamhetschefer.

## **1 Dokumentförteckning**

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

## **2 Revisionshistorik**

Revisionsnr	Datum	Förändring
1	2018-08-06	Hänvisning till ny författning från SSM (SSMFS 2018:5)
2	2018-11-09	Korrigerat hänvisning till författning i första stycket