

## Strålskyddsinstruktion för arbete vid konventionell röntgen

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Bild- och funktionsmedicin

- Endast personer som är nödvändiga för genomförandet av undersökning skall vistas i undersökningsrummet vid exponering av patient. Vid röntgenundersökning på vårdavdelning gäller Strålskyddsrutin vid röntgenundersökning på vårdavdelning.
- Alla personer som befinner sig i undersökningsrummet under exponering skall använda strålskyddsförkläde eller befinna sig bakom strålskyddsskärm. Vid röntgenundersökning på vårdavdelning gäller Strålskyddsrutin vid röntgenundersökning på vårdavdelning.
- All personal skall stå så långt som arbetet tillåter från röntgenrör/patient, då strålningsintensiteten avtar snabbt med avståndet.
- Strålfältet skall alltid avgränsas till minsta möjliga fältstorlek.
- Medföljande skall informeras av personalen om undersökningen och om lämpliga strålskyddsåtgärder (Rutin för strålskydd för medföljande vid röntgenundersökning).
- Studerande som deltar som del i undervisning skall informeras av personalen om lämpliga strålskyddsåtgärder. Samma regler beträffande personliga strålskydd som för personal gäller.

### För städpersonal

- Vid städning av undersökningsrum skall fotpedaler och manöverbord inte dammas eller torkas av.
- Om någon knapp på manöverbordet av misstag aktiveras skall röntgenpersonal omedelbart underrättas.

## 1 Dokumentförteckning

| Antal exemplar |              | Dokumentets placering             |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1              | Elektroniskt | Region Kronobergs server, Platina |
|                |              |                                   |
|                |              |                                   |

## 2 Revisionshistorik

| Revisionsnr | Datum      | Förändring                                |
|-------------|------------|---|
| 4           | 2019-06-11 | Ingen förändring sedan föregående version |