

Infart i samband med CT-undersökning med kontrast, IVA Ljungby

Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Ljungby, Röntgenheten Ljungby

Intensivvårdsavdelningen Ljungby.

Faktaägare: Madelene Andersson, Intensivvårdssköterska IVA LL

Elisabeth Berglund, Röntgensköterska Röntgen LL

Lisbeth Nilsson, Biträdande avdelningschef Röntgen LL

- Patienten ska ha en PVK (perifer venkateter), minimum rosa (1,1mm) Vid svårstuckna patienter går det bra med Nexiva diffusics 22G blå.
- På Ljungby lasarett finns numera bara CVK:er med högtryckssäkrad skänkel. Den LILA skänkeln märkt "10ML/SEC Max Pressure" är avsedd för att administrera kontrast under höga flöden och tryck. Den klarar av 300 psi och 10 ml/sekund. Observera att detta BARA gäller skänkeln med ovanstående märkning. På varje skänkel sitter integrerade LuerSafe ventiler som minskar risken för läckage och luftembolier. LuerSafe ventilerna går inte att ta bort. Aggregatet med kontrast kopplas direkt på LuerSafe ventilen och alltid på den LILA skänkeln. IVA sjuksköterskan har ansvaret att aggregatet kopplas till rätt skänkel på CVK:n och röntgen sjuksköterskan har ansvaret att det är rätt kontrastlösning.
- Endast när det är "rädda hjärnan" undersökning önskar röntgenpersonalen en grön pvk (1,3mm av Braun) i höger arm (pga. anatomin av kärlen), vid svårstuckna patienter går det bra med Nexiva diffusics 22G blå. Vid övriga undersökningar är det viktigaste att det är ett så bra kärl som möjligt.
- Inga andra infusioner ska gå i PVK:n när patienten lämnas på undersökningsrummet, då det finns risk att kontrasten backar upp infusionen.

Giltig fr.o.m: 2019-04-12

Giltig t.o.m: 2021-04-12

Identifierare: 71616

Infart i samband med CT-undersökning med kontrast, IVA Ljungby



- Kontrasten infunderas under 30 sekunder och under cirka två minuter kan PVK:n alternativt den lila skänkeln på CVK:n, inte användas till något annat än kontrast.
- Om IVA sjuksköterskan behöver använda PVK:n under transport i brist på övriga infarter, så är det IVA sjuksköterskans ansvar att koppla bort infusionen från patienten. Det är inte tillräckligt att stänga den på rullklämman även om det finns backventil.
- Blodtrycksmanschetten ska inte sitta på den arm som kontrasten ges i.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.