

Vattenprover på Hem-HD maskiner.

Prover tas på ingångsvatten, vatten för tillredning och dialysat.

Provtagningsintervallen bestäms tillsammans med beredningsansvarig apotekare och hygiensjuksköterska. Se särskilt PM om provtagningsprogram.

Provtagning på ingångsvatten:

- proven tas från den kallvattenkran som är närmast WRO-enheten
- ta bort silen, tvätta av med 70 % sprit (ingen sprit vid kemiprover)
- låt vattnet rinna 5 minuter och ta proverna

Provtagning på RO-vatten:

- starta vattenanläggningen och dialysmaskinen
- låt dialysmaskinen gå igenom testet och låt stå 10-15 minuter
- ta loss vattenslangen på baksidan, tvätta kopplingen med 70 % sprit (ingen sprit vid kemiprover) och sätt på den sterila nippeln
- spola ut ca 5-6 liter vatten i en spann
- ta proverna
- sätt tillbaka slangen i dialysmaskinen

Provtagning på dialysat:

- tryck by-pass när dialysmaskinen gått igenom Fch så det blir flöde genom dialysvätskeslangarna
- ta proverna när konduktiviteten varit inställd och stabil flera minuter
- sprita avloppsröret och tag proverna därifrån
- för odling och endotoxin, fyll direkt i flaska/rör. För kond/kemprov, fyll vätska i en ren ½ litersbägare och håll över i provrör
- starta dialysbehandling eller stäng av dialysmaskinen, kör ett sköljprogram

	Kemi	Kondprov	Odling	Endotoxin	Legionella och Pseudomonas
Ingångsvatten	X		X		X
RO-vatten el. Vatten för tillredning	X		X	X	X
Dialysat		X	X	X	
	Kylväska och flaskor kommer från Eurofins. Beställ hämtning via Eurofins hemsida eller lämna in direkt till Jetpak.	Provtagningsrör finns i teknikrummet. Lägg in remiss i cambio cosmic på maskinens nummer. Sök på dv (dialysvatten)	Meddela mikrobiologen tel. 7473 att prov kommer. Odlingsflaskor och endotoxinrör finns i teknikrummet. Lägg in remiss i cambio cosmic på maskinens nummer. Sök på dialys vattenkontroll. Inlämnas före 15 mån-tors, före 12 fredagar	Använd odlingsflaska. Lägg in remiss i cambio cosmic på maskinens nummer. Använd två remisser.	