

Läkemedel vid dialys

Kontrollera:

- Rätt läkemedel
- Rätt styrka
- Utgångsdatum
- Rätt dos uppdragen enligt ordinationslista

Läkemedelsadministrering:

Den som skall ge ett läkemedel skall också förbereda det.

Antikoagulantia: Fragmin® eller Klexane®

Ett läkemedel som tillförs blodet och filtret vid dialysbehandling för att förhindra koagulation. Dosen är individuell. Dosen skall ges i nålen/skänkeln vid dialysstart.

Tecken på för lite antikoagulantia.

- Koagel i luftvakt.
- Rött filter vid avslutning.
- Stigande venttryck under behandling (kan även bero på andra orsaker).

Tecken på för mycket antikoagulantia.

- Blåmärken.
- Svårt att stoppa blödning vid avslutning.

Diskutera alltid förändring av antikoagulantidosen med sjuksköterska eller läkare.

Fragmin Förvaring: I rumstemperatur.
Hållbarhet: Öppnad flaska är hållbar 12 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp.

Klexane Förvaring: I rumstemperatur.
Hållbarhet: Öppnad injektionsflaska är hållbar i 28 dygn.

Heparin®

Används som heparinlås i CDK. Se PM för hantering av CDK.

Förvaring: I rumstemperatur.
Hållbarhet: Öppnad flaska är hållbar i 7 dygn.

Klorhexidinsprit 5 mg/ml:

Desinfektionsmedel för hud.

Förvaring: I rumstemperatur.

Hållbarhet: Öppnad flaska är hållbar i 1 månad.

Övriga läkemedel som kan ges i samband med dialysbehandling.

Venofer®

Ett läkemedel som ger extra järntillskott.

Läkemedlet skall ges långsamt ca 1 ml/min. Det kan ges före, under eller efter behandling.

Första dosen av läkemedlet skall ges på sjukhuset.

Läkemedlet ges i venslangen före eller på luftvakten. Använd en luerlockspruta.

Eller kan läkemedlet ges direkt i nålen/skänkeln. Flusha nålen med NaCl 9 mg/ml så inget läkemedel blir kvar i slangen.

Förvaring: I rumstemperatur.

Hållbarhet: Öppnad ampull skall användas genast.

Etalpa®

Läkemedel vid brist på aktivt D-vitamin.

Läkemedlet ges direkt i nålen/skänkeln. Flusha nålen med NaCl 9 mg/ml så inget läkemedel blir kvar i slangen.

Förvaring: Förvara ampullerna i kartongen i kylskåpet.

Hållbarhet: Öppnad ampull skall användas genast.