

Rutin

Process: 3.3.0 RGK Leda, styra och organisera

Område: Hemodialys

Giltig fr.o.m: 2018-03-21

Giltig t.o.m: 2020-03-21

Faktaägare: Carina Danielsson, sjuksköterska

Fastställd av: Mats Roman, Medicinskt ledningsansvarig

Revisions nr: 1

Identifierare: 77479



Risker med bloddialys i hemmet.

- Nåål glider ut under behandling utan att ge trycklarm
- Blodläckage under behandling, från nålar eller sammankopplade slangar
- Glömmer koppla båda slangarna vid start
- Kopplar fel slang till koksaltpåsen vid avslutning
- Ställer in fel ultrafiltration vid start