

MR - Introduktion av ny MR-personal avseende säkerhetsaspekter

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Bild- och funktionsmedicin

Det första steget vid säkerhetsintroduktionen är att låta personen fylla i frågeformuläret för patienter. Formuläret dateras, signeras och förvaras i pärm vid MR-sektionen. Av formuläret kommer då omedelbart att framgå huruvida tjänstgöring vid MR är kontraindicerad eller inte.

Då frånvaro av kontraindikation konstaterats får personen läsa igenom de lokala säkerhetsföreskrifterna och sedan se en säkerhetsvideo. Denna film har tillhandahållits av magnetleverantören och är tillgänglig på röntgenavdelningens gemensamma hårddiskarea samt via klinikens hemsida på intranet.

Därefter förevisas alla på sektionen tillgängliga nödstopp och skillnaden mellan dem förklaras. Innebörden och förekomst av alla varningsskyltar och etiketter går igenom.

Placering av MR-säkra brandsläckare visas.

Placering av syrgasalarm visas.

Akut uttransport av patient från magneten övas. En figurant lägger sig på bordet med fötterna före, lämplig spole ansluts och denna åker sakta in i magneten. Därefter får den övande personen efter instruktion själv så snabbt som möjligt få ut figuranten ur magnetrummet.

Checklistan nedan fylls i, signeras och dateras. Listan förvaras i pärm vid sektionen tillsammans med frågeformuläret

Checklista MR-säkerhet

- Ifyllt frågeformulär
- Läst säkerhetsföreskrifterna
- Sett säkerhetsvideo
- Förevisats nödstopp, skyltning, brandsläckare
och syrgaslarm
- Övat uttransport av patient

.....

Datum

Signatur

.....

Namnförtydligande

1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring