

MR - Grundläggande instruktioner avseende aktiva implantat

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Bild- och funktionsmedicin

Hantering av villkorade aktiva implantat vid MR-undersökningar i Region Kronoberg

Grundläggande instruktioner

- Implantatets identitet **måste** vara känd (tillverkare, modellnamn, modelltyp, modellnummer, et c.).
- Vid röntgenavdelningen, lokalt utarbetad, intern villkors- och checklista **måste** finnas
- Signerad checklista från remittenten/operatören **måste** finnas
- Undersökning får **endast** utföras av särskilt utpekad, rutinerad MR-personal, dvs sektionsledare

Giltig fr.o.m: 2017-07-27

Giltig t.o.m: 2019-07-28

Identifierare: 84641

MR - Grundläggande instruktioner avseende aktiva implantat



1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring