

**Rutin**

**Process:** Hälso- och sjukvård

**Område:** Strålskyddshandbok

**Giltig fr.o.m:** 2017-10-10

**Giltig t.o.m:** 2019-10-10

**Faktaägare:** Jan-Ove Christoffersson, leg sjukhusfysiker, Medicinsk Fysik

**Fastställd av:** Sara Olsson, Cheffysiker

**Revisions nr:** 2

**Identifierare:** 84643



## **MR - Lista över villkorade aktiva implantat**

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Bild- och funktionsmedicin

Vg. se sida 2

**Rutin**  
**Process:** Hälso- och sjukvård  
**Område:** Strålskyddshandbok  
**Giltig fr.o.m:** 2017-10-10  
**Giltig t.o.m:** 2019-10-10  
**Faktaägare:** Jan-Ove Christoffersson, leg sjukhusfysiker, Medicinsk Fysik  
**Fastställd av:** Sara Olsson, Cheffysiker  
**Revisions nr:** 2  
**Identifierare:** 84643



## Lista över villkorade aktiva implantat

Det är endast någon av dessa som kan komma ifråga för MR-undersökning i Region Kronoberg

Typ av utrustning	Tillverkare	Modellnamn	Modellnr	Villkorslista	Checklista för Röntgen	Checklista för Klinik	Kommentar
Hjärtmonitor	Medtronic	Reveal	DX 9528	Ja	Ja	Ja	Ej FDA-godkänd
Hjärtmonitor	Medtronic	Reveal	XT 9529	Ja	Ja	Ja	
Hjärtmonitor	Medtronic	Reveal	LINQ LNQ11	Ja	Ja	Ja	
Pacemaker	St Jude	Accent MRI	PM1124	Ja	Ja	Ja	Tendril MRI
Pacemaker	St Jude	Accent MRI	PM1224	Ja	Ja	Ja	Tendril MRI
Pacemaker	St Jude	Accent MRI	PM2124	Ja	Ja	Ja	Tendril MRI
Pacemaker	St Jude	Accent MRI	PM2224	Ja	Ja	Ja	Tendril MRI
Pacemaker	St Jude	Assurity MRI	PM1272	Ja	Ja	Ja	Tendril STS
Pacemaker	St Jude	Assurity MRI	PM2272	Ja	Ja	Ja	Tendril STS
ICD	Medtronic	Evera MRI	DDMB2D4	Ja	Ja	Ja	
ICD	Medtronic	Evera MRI	DDMC3D4	Ja	Ja	Ja	
ICD	Medtronic	Evera MRI	DVMB2D4	Ja	Ja	Ja	
ICD	Medtronic	Evera MRI	DVMC3D4	Ja	Ja	Ja	
Pacemaker	Medtronic	Advisa	A3DR01	Ja	Ja	Ja	

Giltig fr.o.m: 2017-10-10

Giltig t.o.m: 2019-10-10

Identifierare: 84643

MR - Lista över villkorade aktiva implantat



Typ av utrustning	Tillverkare	Modellnamn	Modellnr	Villkorslista	Checklista för Röntgen	Checklista för Klinik	Kommentar
Pacemaker	Medtronic	Advisa	A3SR01	Ja	Ja	Ja	
Pacemaker	Medtronic	Ensura	EN1DR01	Ja	Ja	Ja	Ej FDA-godkänd
Pacemaker	Medtronic	Ensura	EN1SR01	Ja	Ja	Ja	Ej FDA-godkänd

Om aktuellt implantat inte finns med på denna lista kontakta då röntgenavdelningen för besked om och när detta implantat skulle kunna undersökas.

Rutin

Process: Hälso- och sjukvård

Område: Strålskyddshandbok

Giltig fr.o.m: 2017-10-10

Giltig t.o.m: 2019-10-10

Faktaägare: Jan-Ove Christoffersson, leg sjukhusfysiker, Medicinsk Fysik

Fastställd av: Sara Olsson, Cheffysiker

Revisions nr: 2

Identifierare: 84643



## 1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

## 2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring