

Skötselinstruktioner WRO300

1 Arbetsrutiner WRO 300 H

WRO 300 H är då den inte används placerad i skåp på våtrum innanför 7-salen (rum E 5121). Pärm med logglista förvaras i skåpet.

2 Uppstart av WRO 300 H före dialysstart

- Kontrollera att WRO är i standby
- Stäng av vattnet lätta på trycket genom att trycka på den röda knappen på filterhuset, drag ut kontakten och flytta WRO 300 till den plats den ska användas på
- Anslut WRO 300 H till kallvatten och öppna vattenkranen
- Anslut WRO 300 H till elnätet
- Vänd på nippeln till anslutningsläge för dialysmaskin och koppla till maskinen
- Start RO-enheten genom att trycka 3 sekunder på drift
- Starta maskinen först när konduktiviteten gått ner till godkänt värde
- Läs av konduktiviteten
- Signera på logglistan

3 Efter dialysbehandlingen

- Stäng av RO-enheten genom att trycka 3 sekunder på drift
- Stäng av vattnet och lätta på trycket innan fränkoppling sker
- Flytta tillbaka WRO 300 till skåpet i våtrum innanför 7-salen
- Anslut till vattnet och öppna kranen
- Sätt i kontakten

4 Veckokontroller WRO 300 H

Vänd på nippeln där dialysmaskinen ansluts

- Starta WRO 300 H och läs av konduktiviteten
- Gör en klortest
- Gör en hårdhetstest
- Stäng av WRO 300 H
- Sätt tillbaka nippeln i ursprungligt läge

5 Byte av partikelfilter/kolfilter 1 gång/månaden

- Låt WRO 300 vara i standby
- Stäng av vattentillförseln med ingångskranen
- Skruva av filterhuset och ta ur det förbrukade filtret
- Skölj ur filterhuset med varmt vatten
- Sätt i ett nytt filter och skruva tillbaka filterhuset i behållaren för hand
- Öppna vattentillförseln långsamt och kontrollera att det är tätt

