

## Riktlinjer Omnipaque, peroralt kontrastmedel

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenheten Växjö

Faktaägare 2: Peter Kidron, överläkare röntgen

### Riktlinjer

#### Omnipaque, peroralt kontrastmedel vid datortomografiundersökning av buken

Omnipaque 240mgI/ml ges ibland som peroralt kontrastmedel i samband med datortomografiundersökningar av buken. Numera är det dock vanligare att patienten ordinerar vatten (eller inget alls) att dricka inför undersökningen. Det är remissprioriterande röntgenläkare som avgör hur och om patienten ska dricka.

På inläggande patienter sker spädning och dosering enligt instruktion av röntgensjuksköterska. Vanligen späds 20 ml Omnipaque i 1 liter vatten som patienten får dricka jämt fördelat under cirka 2 timmar.

#### Kontraindikation för Omnipaque är manifest hypertyreoidism.

Försiktighet bör iakttas vid överkänslighet mot jodhaltiga kontrastmedel.

Remitterande läkare har ansvar för att meddela röntgenavdelningen om kontraindikation / överkänslighet föreligger eller om det av annan anledning inte är lämpligt att patienten dricker kontrast i dessa volymer.

### Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

### Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

### Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
-------------	-------	------------

**Giltig fr.o.m:** 2018-04-02  
**Giltig t.o.m:** 2023-11-22 00:00:00  
**Identifierare:** 116506  
**Riktlinjer Omnipaque, peroralt kontrastmedel**



--	--	--	--