

Rutin
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård
Område: Strålskydd av personal
Giltig fr.o.m: 2020-03-20
Giltig t.o.m: 2023-04-07
Faktaägare: Sara Olsson, Cheffysiker
Fastställd av: Sara Olsson, Cheffysiker
Revisions nr: 1
Identifierare: 158668



Strålskyddsrutin för arbete vid strålbehandlingsutrustning

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Strålbehandlingsenheten

Faktaägare: Sara Olsson Cheffysiker

Vid exponering med linjäraccelerator får aldrig någon annan än patienten befinna sig i behandlingsrummet. Personal och eventuella övriga personer ska inte heller stå precis utanför dörren till behandlingsrummet under exponering eftersom doserna där kan vara något förhöjda.

Vid behandling ska patienten hela tiden observeras via de kameror som finns i behandlingsrummet.

Utrustningen får endast användas av behörig personal som har genomgått relevant utbildning och har personligt inlogg, samt av leverantörens servicepersonal. Avdelningscheferna på Strålbehandlingsenheten och Medicinsk fysik beslutar vem som får inlogg till utrustningen.

Behandlingsrummen är kontrollerade områden vilket innebär att besökare endast har tillträde i sällskap med behörig personal och att minderåriga inte får vistas i behandlingsrummen.

Giltig fr.o.m: 2020-03-20

Giltig t.o.m: 2023-04-07

Identifierare: 158668

Strålskyddsrutin för arbete vid strålbehandlingsutrustning



1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
3	Kopia	Manöverrum till bunker 2, 3 och 4

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
1	2020-03-13	Dokumentet skapat