

Ansvarsbeskrivning för självdialyspatient.

*Rekommendation av Styrgruppen för hemhemodialys i Sverige.
Att användas med hänsyn till den egna avdelningens rutiner.*

Det åligger PAS att patientens individuella ansvarsområde är tydligt beskriven, uppdaterad och aktuell i patientens journal. Ansvarsbeskrivningen skall finnas väl synlig i patientens journal.

Patienten har genomgått utbildning för självdialys enligt Checklista för utbildning av självdialyspatient.

Ansvarar för att:

- Iordningställa dialysmaskinen för behandling
- Registrera batchnummer på koncentrat, bikarbonat, filter och slangar
- Sticka sig själv i sin AV-fistel/graft, alternativt förbereda central dialyskateter enligt rutin
- Starta och avsluta behandlingen och åtgärda eventuella larm
- Följa givna dialysordinationer
- Ultrafiltrera max ml vätska per timme
- Dokumentera vid varje dialystillfälle
- Efter behandlingen ta bort slangar och filter och tvätta bort synligt blod på maskinen och dess närhet
- Maskinen alltid desinfekteras enligt rutin efter behandling
- Iordningställa dialysplats enligt rutin efter behandling
- Rapportera till sjuksköterska ev incidenter/avvikelser

Vid behov kan någon eller några punkter tas över av personalen och då ska det tydligt dokumenteras nedan.

Namn:

ansvarar inte för att:

-
-
-

Om någon punkt inte följs av patienten har ansvarig personal på dialysenheten i Växjö skyldighet att ompröva beslutet att tillåta patienten att sköta sin dialysbehandling själv.

Ovanstående avser dialyssystem:

Datum.....

Underskrift.....

Namnförtydligande.....
Patient

Underskrift.....

Namnförtydligande.....
Läkare

Underskrift.....

Namnförtydligande.....
Sjuksköterska

Gäller för: Självdialyspatienter

Utförs på: Dialysenheten Växjö