

Ansvarsbeskrivning för hemhemodialyspatient.

*Rekommendation av Styrgruppen för hemhemodialys i Sverige.
Att användas med hänsyn till den egna avdelningens rutiner.*

Patienten har genomgått utbildning för självdialys enligt Checklista för utbildning av självdialyspatient.

Patienten ansvarar för att:

- Iordningställa dialysmaskin för behandling, starta och avsluta dialysbehandlingen och åtgärda eventuella larm
- Registrera batchnummer på koncentrat, filter och slangar vid varje dialys
- Sticka sig själv i sin AV-fistel/graft alternativt förbereda central dialyskateter enligt rutin
- Följa givna dialysordinationer
- Ultrafiltrera max ml vätska per timme
- Dokumentera vid varje dialystillfälle enligt rutin
- Maskinen alltid underhålls enligt rutin efter behandling
- Blodprover tas enligt överenskommelse
- Telefon finns tillgänglig under behandling

Om någon punkt inte följs av patienten har ansvarig personal på dialysenheten i Växjö skyldighet att ompröva beslutet att tillåta patienten att sköta sin dialysbehandling i hemmet.

Ovanstående avser dialyssystem: _____

Datum _____

Underskrift _____

Namnförtydligande patient _____

Underskrift _____

Namnförtydligande Läkare _____

Underskrift _____

Namnförtydligande Sjuksköterska _____

Gäller för: Hemdialyspatient

Utförs på: Dialysenheten, Växjö