

Rutin gällande endoskopisk verksamhet under Covid-19 pandemin

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Sjukhusvård gem

Fortlöpande ställning ska tas till vilka patienter som ska kallas för endoskopi med hänsyn till rådande smittsituation för Covid-19 i Kronoberg. Individuell bedömning skall göras, men indikationen för undersökning ska beaktas i högre utsträckning än risken för smitta i Covid-19.

Riskbedömning innan endoskopi

- Alla patienter informeras med extra bilaga vid kallelse om att boka om sin undersökning vid feber eller symtom på luftvägsinfektion.
- Alla patienter riskbedöms per telefon dagen innan.
- Screeningfrågor:
 - [Checklista för symtom på Covid-19](#)
 - Familjemedlemmar eller andra nära kontakter med ovanstående symtom?
 - Kontakt med person med bekräftad eller misstänkt Covid-19?
 - Rest utomlands senaste 2v? Efter resa till vissa länder hanteras patienten som misstänkt Covid-19 i 2v oavsett negativt test (Folkhälsomyndigheten uppdaterar vilka länder detta gäller).
- Undersökningdagen sker samma riskbedömning som ovan via formulär vid ankomst till mottagningen. Dessutom tas temperaturen.
- För akuta/inneliggande ställs screeningfrågorna till avdelningspersonal vid bokning. Be dem ta temperaturen.
- Anhörig eller tolk som medföljer in på undersökningsrummet ska svara på samma screeningfrågor men ej tempas.
- Patienter som klassas som högrisk för Covid-19 eller med verifierad Covid-19 infektion får inte vistas i väntrum eller på uppvaket tillsammans med lågrisk patienter.

Låg risk - Inga symtom, ingen kontakt med Covid-19-smittad

Hög risk – Symtom, resa till riskland eller kontakt med Covid-19-pos senaste 2v

Misstänkta smittvägar

Vid undersökning av patienter med misstänkt eller bekräftad Covid-infektion skall skydd mot droppsmitta användas. Vid aerosolbildande procedurer tillägg av andningsskydd.

Man misstänker att endoskopi kan vara aerosolbildande vid Covid-19. Det bedöms föreligga större risk för aerosolsmitta vid övre endoskopi än nedre endoskopi.

Vid cystoskopi räcker skydd mot droppsmitta. Andningsskydd behövs inte.

Source control

Vid all patientnära vård inom 1 meter skall munskydd användas inom öppenvården, munskydd och visir inom slutenvården.

Skyddsåtgärder vid endoskopi

- **Låg risk**
 - Sedvanliga hygienrutiner. Plastförkläde (långärmat vid risk för stor mängd förorening av kroppsvätskor), handskar, heltäckande visir eller skyddsglasögon + munskydd IIR.
- **Hög risk/verifierade fall av Covid-19**
 - I första hand tas ställning till om endoskopin kan flyttas fram tills patienten är symtomfri/smittfri. Patienter/familjemedlemmar med symtom uppmanas boka tid för provtagning på sin vårdcentral.
 - Om endoskopin inte kan flyttas fram:
 - Verifierade smittsamma fall endoskoperas endast på vitalindikation
 - Misstänkt Covid-19 provtas och skoperas om negativ. Endoskopin skriver remiss och bokar ”provtagning av patient” på infektionsmott. i Växjö, tel. 8672 (sekreterare), alternativt kan patienten lämna provet på sin VC eller i Ljungby.
 - Vid akuta fall där det inte finns tid att invänta provsvar endoskoperas patienten på vitalindikation.
 - IVA-vårdade patienter endoskoperas på IVA.
 - Endast nödvändig personal medverkar vid endoskopin.
 - Om endoskopi behöver ske på Endoskopienheten (Växjö) skall den utföras på Endoskopisal 5 där det finns bäst ventilation. Ytdesinfektion av all utrustning och bänkar efteråt och låt rummet ventileras 1 h innan nästa patient tas in.
 - Förutom sedvanliga hygienrutiner använd utökat skydd med långärmat engångsrock/plastförkläde, FFP2/3 andningsskydd med täckt ventil, visir/skyddsglasögon, handskar som går upp över mudden/tumgreppet på rocken.

Störst risk för smitta föreligger vid avtagande av personlig skyddsutrustning, det är viktigt att det görs på korrekt sätt. Se länk.

http://intranat/contentassets/c7c9803fc1a2486883ce58781d8f4010/corona_skyddsklader_6.pdf

Giltig fr.o.m: 2021-03-12

Giltig t.o.m: 2023-08-31

Identifierare: 179437

Rutin gällande endoskopisk verksamhet under Covid-19 pandemin



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare