

Aggregatbyte av PD-kateter

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Frekvens:

Aggregatbyte utförs av PD-sjuksköterska var 4:e-6:e månad, samt vid behov.
Utförs på enkelsal.

Materialåtgång:

Kateterförlängning

Set för aggregatbyte (innehåll: skodd peang, rostfri skål, vikt steril duk)

1 paket steril duk

2 paket sterila handskar

Ca 5 paket stora kompresser (totalt 19-26 st kompresser behövs)

1 paket små kompresser

2 stycken förband Tegaderm Film/IV3000

Desinfektionshylsa

70% sprit

Munskydd

Plastförkläde

Tillvägagångsätt:

1. Tvätta händerna.
2. Torka bordet med ytdesinfektion.
3. Ta på munskydd och förkläde. Munskydd på patient om förkylningssymtom/allergi.
4. Öppna setet för aggregatbyte och lägg på bordet, vik ut duken.
Bevara den sterila uppdukningsytan.
5. Lägg de stora kompresserna i den rostfria skålen. Lägg upp kateterförlängning, steril duk, de små kompresserna, förband, desinfektionshylsa på duken. Obs, sterilt!
6. Ta bort det gamla förbandet.
7. Tvätta händerna.
8. Håll rikligt med 70% sprit på kompresserna i den rostfria skålen.

9. Sprita händerna.
10. Ta på sterila handskar.
Vid behov omorganisera det sterila materialet.
11. Ta tag i kateteränden med en spritindränkt kompress, tvätta med fem till sju kompresser utifrån och in till sammankopplingen. Tvätta med fem till sju kompresser från sammankopplingen till magen. Tvätta med fem till sju kompresser från kateterutgången och ut, dela in magen i ”tårtbitar”.
12. Lägg steril duk under kateterutgången och lägg ned PD-katetern.
13. Sätt den skodda peangen på den innersta delen av katetern.
14. Byt sterila handskar.
15. Uppmana patient att vara tyst.
16. Skruva bort kateterförlängningen från katetern.
17. Ta en kompress och torka runt den mörkblå delen i ca 10 sek, ta sedan en ny kompress och upprepa proceduren två gånger till. Låt lufttorka.
18. Anslut den nya kateterförlängningen med katetern och se till att den sitter ihop ordentligt.
19. Stäng aggregatet.
20. Ta bort peang och den sterila duken.
21. Lägg om PD-katetern med kompress och förband.
22. Byt plasthylsan på kateterförlängningen till en desinfektionshylsa.
23. Dokumentera utfört aggregatbyte i journalen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.