

IVPA-larm Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Vid larm där räddningstjänst är larmade kommer räddningstjänstens styrkeledare försöka hålla kontakt med ankommande ambulans via SOS Alarm för att säkerställa vägvisning.

1. Styrkeledaren kommer vid ambulans ankomst rapportera över till ambulanspersonal enligt rapportformulär (hjärtstopps assistans och förstahjälpen larm). Rapportformuläret blir en del i journalhandlingen och skickas in digitalt till förvaltaren av IVPA i Region Kronoberg. Rapporten används också vid uppföljning av IVPA-larm och som fakturerings underlag.
2. Vid hjärtstoppslarm där patient bedöms vara avliden och inga mer åtgärder kommer att göras så ska minneskort i FR2 bytas med räddningstjänsten för att det ska kunna nollställas/raderas till nästa händelse (räddningstjänsten har inga kortläsare).
3. Vid hjärtstoppslarm där patient bedöms ha överlevnads potential och arbetet försätter in till sjukhus fortsätter arbetet med första uppkopplade FR2. Räddningstjänsten får ambulansens defibrillator i utbyte.
4. Ambulans och räddningstjänst har identiska defibrillatorer modell FR2 och "gula" väskan är packad på samma sätt. Räddningstjänstens utrustning ägs och förvaltas av akutkliniken vilken inte medför problem vid byte/rotation av utrustning.
5. Vid behov sker också utbyta av förbruknings material så som pocketmask och förbandsmaterial från ambulansen.
6. Oxygen byter räddningstjänsten med samverkande ambulans eller på ambulansstation.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare