

## Checklista elkonvertering

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

CHECKLISTA ELKONVERTERING		
Datum för elkonvertering _____		
		<b>Sign</b>
Samordning	Om pacemakerpatient kontrollera att pacemakersköterska finns i tjänst och är vidtalad	
	Venprover – PK vid Waranbehandling, S-K, Hb.(ej mer än 2-3 dagar gamla)	
	Stämpla anestesijournal	
	Kontroll av att narkosläkare beställts till kl 11.00 (beställes dagen innan via IVA)	
	Kontrollera att sidenlakan finns inbäddat i sängen	
Information	Kontroll av att patienten fått skriftlig och muntlig information	
Spec omv	ID-band samt anhörigs namn och telefonnummer:	
Läkemedel	Om patienten behandlas med Eliquis kontrollera att tablett tagits enl.ord.	
Nutrition	Kontrollera att patienten är fastande enligt anestesiklinikens riktlinjer	
	Om poliklinisk behandling erbjud lunch, förbetalas i kassan på med mott.	
Spec omv	EKG innan behandling	
	Blodtryck innan beh. _____/_____ mmHg ( För in värde Patientöversikt)	
	Saturationsmätning med pulsoxymeter	
	Venkanyl hö hand minst 1,1 x 33 mm (rosa)	



	Infusion 500 ml NaCl 9 mg/ml eller enligt ordination	
	Kontroll av och uppkoppling till defibrillator. Obs! inställning på synkronisering. Tag fram gelplattor.	
Läkemedel	Dra upp inj. Propofol	
	Se till att akutläkemedel finns tillgängliga (finns på sprutfat i läkemedelsskåp)	
Spec. omv.	EKG efter behandling	
	Blodtryck efter beh. ____ / ____ mmHg ( För in värde i Patientöversikt)	
	Saturationsmätning med pulsoxymeter	
Skötsel	Låt defibrilleringsdynor ligga kvar på huden ca 30 min efter behandling	
	Efter avslutad anestesi lägg patienten i sidoläge och övervaka tills patienten är vaken	
Samordning	Utskrivning sker av ansvarig läkare . Patienten kvarstannar ca 2-3 timmar innan hemgång.	
<b>Omvårdnadsepikris</b>		
		<b>Sign:</b>

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.