

SST-Sahlgren Saturation Test, ögon CLV

Gäller för: Ögonkliniken

Utförande:

- Ordna de tolv knapparna i osystematisk ordning i den uppfällda askens lock.
- Instruera patienten att titta på knapparna och tala om att det finns ett antal grönaktiga, ett antal blå/lila och ett antal rent grå.
- Patienten ska plocka ut alla de knappar som innehåller något av grönt eller blå/lila.
- Till sist ber man patienten kontrollera resultatet t ex genom att säga att han/hon ska se efter att inga färgade knappar finns kvar och att inga grå knappar plockats ut.
- Siffervärdena på de kvarvarande knapparna summeras.
- Ordna alla knappar i osystematisk ordning och testa andra ögat.

Mättnadströsklar 0- 10 anses normala, 15 är gränsfall, 20 och däröver är säkert patologiskt.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.