

Strålskyddsrutin vid röntgenundersökning på vårdavdelning

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Region Kronoberg

Vid undersökning med mobil röntgenutrustning på vårdavdelning görs oftast bara enstaka exponeringar. Dessutom är strålfältet vanligen riktat mot golvet. Vid såväl horisontell som vertikal strålriktning skall alltid inriktning och avbländning av strålfältet om möjligt göras så att ingen del av strålfältet går utanför detektorn. Dessutom bör ingen personal befinna sig i strålriktningen och de som befinner sig intill patienten vid exponeringen skall bära strålskyddsförkläde.

Personal som inte bär personlig skyddsutrustning bör vara på minst 3 meters avstånd eller lämna rummet. Patienter behöver inte flyttas. Spädbarn i kuvös skyddas med strålskärm (t ex strålskyddsförkläde)

Rummet skyltas som ”Skyddat område” under den tid röntgenundersökningen pågår.

1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
3	2019-06-11	Redaktionella ändringar