

Registrering av genomlysningsdata

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Region Kronoberg

Enligt 5 kap. 3 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar (SSMFS 2018:5), skall journal över genomlysningstider föras för interventionella förfaranden samt för röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen.

Enligt 7 kap. 8 § skall stråldosen vid interventionell radiografi till patienten övervakas och följas upp.

Genomlysning på operationsavdelning

För röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen, förs sedan flera år journal. Vid genomlysning på operation registreras uppgifter i planeringsprogram Craft. Följande parametrar skall registreras:

- Datum och tid
- Typ av procedur
- Operatör
- Använd utrustning
- Genomlysningstid
- Dos-areaprodukt

Interventionella procedurer på röntgenavdelning

Interventionella procedurer genomförs i huvudsak av kirurger som använder genomlysningsslab på röntgen. Vid interventionella procedurer skall registrering göras i RIS.

Följande parametrar skall registreras:

- Datum och tid
- Typ av procedur
- Operatör
- Använd utrustning
- Genomlysningstid
- Antal exponeringar
- Dos-areaprodukt

Annan genomlysning på röntgenavdelning

Uppgifter rörande genomlysning för andra procedurer än intervention (utförda av radiologer) registreras nu i röntgens RIS. Detta gäller tillsvidare. Samma data som för interventionella procedurer registreras.

Rapportering

Sjukhusfysiker vid MFT svarar för sammanställning och analys av registrerade data. Sammanställning och rapportering görs årsvis. Rapport redovisas till Strålskyddskommittén och till berörda verksamhetschefer.

1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
1	2018-08-06	Hänvisning till ny författning från SSM (SSMFS 2018:5)
2	2018-11-09	Korrigerat hänvisning till författning i första stycket