

Regler för gravid personal i strålningsverksamhet

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Region Kronoberg

Graviditet skall omedelbart anmälas till arbetsledningen

Arbetet skall planeras så att dosen till fostret blir så liten som möjligt och så att det är osannolikt att den överstiger 1 mSv under återstoden av graviditeten. För denna planering ansvarar arbetsledning och sjukhusfysiker.

En kvinna som är gravid har rätt att under återstoden av graviditeten omplaceras till arbete där hon inte utsätts för joniserande strålning.

Dokumentförteckning

| Antal exemplar | | Dokumentets placering |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Elektroniskt | Region Kronobergs server, Platina |
| 1 | Kopia | |
| 1 | Kopia | |

Revisionshistorik

| Revisionsnr | Datum | Förändring |
|-------------|------------|------------------|
| 3 | 2018-10-30 | Ingen förändring |