

## Perforation av AV-fistel. Patientinstruktion.

### Tecken på perforation:

- Svullnad.
- Smärta.
- Motstånd.

### Perforation före dialysstart:

- Försök justera nålen till rätt läge.
- Om du inte kommer rätt med nålen, ta bort nålen och komprimera med kompress.
- Lägg på kyla om det blivit svullet.
- Kontrollera var du kan sticka igen.

### Perforation under behandling:

- Sänk blodflödet till 100 ml/min och stäng av UF.
- Försök justera nålen till rätt läge.
- Om det inte fungerar, avsluta behandlingen.
- Om det är vennålen som perforerat. Flytta venslangen till artärnålen och ge tillbaka blodet via artärnålen.
- Spola igenom nålen som fungerar med NaCl.
- Sätt en ny nål eller avvakta med behandling till nästa dag.