

## **Risker med bloddialys i hemmet. Patientinstruktion.**

- Nåål glider ut under behandling utan att ge trycklarm
- Blodläckage under behandling, från nålar eller sammankopplade slangar
- Glömmer koppla båda slangarna vid start
- Kopplar fel slang till koksaltpåsen vid avslutning
- Ställer in fel ultrafiltration vid start