

Logglista Artis Serienr:..... Blad påbörjat 20.....-.....-.....

Ifylls enligt Rutin för ifyllande av behandlingsprotokoll och maskinloggblad, id 142782

Medicinkliniken dialysenheten Växjö	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön
Datum														
< 24 tim sen senaste desinfektion.														
U9000 x 2 ej > 2 mån ¹														
CleanCart C dagl vid drift ²														
CleanCart A 1 g/v														
odling infusionsport														
endotoxin infusionsport														
byte av U9000 x 2														
	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön
Datum														
< 24 tim sen senaste desinfektion.														
U9000 x 2 ej > 2 mån ¹														
CleanCart C dagl vid drift ²														
CleanCart A 1 g/v														
odling infusionsport														
endotoxin infusionsport														
byte av U9000 x 2														
	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön
Datum														
< 24 tim sen senaste desinfektion.														
U9000 x 2 ej > 2 mån ¹														
CleanCart C dagl vid drift ²														
CleanCart A 1 g/v														
odling infusionsport														
endotoxin infusionsport														
byte av U9000 x 2														
	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön	mån	tis	ons	tors	fred	lörd	sön
Datum														
< 24 tim sen senaste desinfektion.														
U9000 x 2 ej > 2 mån ¹														
CleanCart C dagl vid drift ²														
CleanCart A 1 g/v														
odling infusionsport														
endotoxin infusionsport														
byte av U9000 x 2														

¹ U9000 ej >2 mån eller >100 descinfektioner

² I undantagsfall kan det beslutas att värmeprogram körs istället för CleanCart-C. Detta markeras med / i signeringsrutan.