

# MR - Grundläggande instruktioner avseende aktiva implantat

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Bild- och funktionsmedicin

## Hantering av villkorade aktiva implantat vid MR-undersökningar i Region Kronoberg

### Grundläggande instruktioner

I princip finns inga MR-säkra (MR Safe) aktiva implantat utan de är alla antingen MR-farliga (MR Unsafe) eller behäftade med specifika villkor (MR Conditional). Dessa instruktioner gäller då det sistnämnda.

- Implantatets identitet **måste** vara känd (tillverkare, modellnamn, modelltyp, modellnummer, et c.).
- Vid röntgenavdelningen, lokalt utarbetad, intern villkors- och checklista **måste** finnas
- Signerad checklista från remittenten/operatören **måste** finnas
- Undersökning får **endast** utföras av särskilt utpekad, rutinerad MR-personal, dvs sektionsledare

Giltig fr.o.m: 2019-09-04

Giltig t.o.m: 2022-09-04

Identifierare: 84641

MR - Grundläggande instruktioner avseende aktiva implantat



## 1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina

## 2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
2	20190522	Informationstext tillagd