

Veckokontroller WRO 300

Blad avser år.....månad.....

Datum

Tester/ avläsning	Intervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Konduktivitet Ej över 10µS	Före varje beh																																
Klortest ingångsvatten	1 gång/ veckan																																
Klortest Ro-vatten < 0,1 mg/l	1 gång/ veckan																																
Hårdhetstest ingångsvatten	1 gång/ veckan																																
Hårdhetstest Ro-vatten < 1° dH	1 gång/ veckan																																
Partikel/Kol- filterbyte	1 gång/ månad																																
Kem.desinf. Dialox	v.b																																
Ingångsvatten Konduktivitet	1 gång/ månad																																
Saltrektion Ej < 90%	1 gång/ månad																																
Signatur																																	